47180

Cod. 23.2542.16

Refrigerante secondario

Descrizione

Per la condensazione dei vapori residui di solventi a valle della pompa, che vengono convogliati nel pallone di raccolta. La guarnizione isolante impedisce la formazione di acqua di condensazione, proteggendo quindi efficacemente il refrigerante.

Dati Tecnici

©2023 CDL Consorzio Distribuzione Laboratorio - P.I.: 03265500284 - R.E.A. di Padova N. 295249